



EG-Konformitätserklärung
EC declaration of conformity
Déclaration CE de conformité
Dichiarazione CE di conformità



AQUAMETRO AG, Ringstrasse 75, CH-4106 Therwil

erklärt, dass das Produkt
declares that the product
déclare que le produit
dichiara che i prodotti

AMBUS Net
AMBUS ZS-60/250

mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt :
conforms with the regulations of the following European Council Directives :
est conforme aux prescriptions et directives Européennes suivantes :
è conforme alle seguenti prescrizioni e direttive Europee :

2004/108/EC	EMV Richtlinie EMC directive Directive CEM Direttiva CEM
73/23/EWG	Niederspannungsrichtlinie Low voltage directive Directive sur la tension basse Direttiva bassa tensione

Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet :
The following harmonised standards or normative documents have been applied :
Les normes harmonisées ou documents normatifs ont été appliqués :
Le norme armonizzate o i documenti normativi sono stati applicati :

EN 61000-6-1 / -3 :2001

EMV Fachgrundnorm – Störfestigkeit für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
Generic EMC standards – Immunity for residential, commercial and light-industrial, environments
Standards CEM génériques – Immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de petite industrie
Compatibilità elettromagnetica. Norma generica sull'emissione – Ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera

EN 61000-6-2 / -4: 2001

Fachgrundnormen – Störfestigkeit für Industriebereiche
Generic EMC standards – Immunity for industrial environments
Standards CEM génériques -
Compatibilità elettromagnetica. Norma generica sull'emissione -

EN 61010-1: 2001

Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte; Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use, Part 1: General requirements
Règles de sécurité pour appareils électriques, partie1: Prescriptions générales
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, regolazione e da laboratorio; Esigenze generali

Benannte Stelle, Bericht Notified body, report Organisme notifié, rapport Organizzazione notificata, Rapporto	Montena EMC AG, 5300 Turgi EMC Testcenter Zürich AG, 8052 Zürich	14.049 / 20.12.2004 EMCKP562.1A / 02.09.2004
--	--	---

Therwil, 19.10.201010

.....
Hannes Bock

Leiter Qualitätsmanagement
Head Quality Management
Responsable gestion de qualité
Direttore gestione qualità

.....
Andreas Lestin

Produkt Management
Product Management
Management des produits
Management del prodotto