

INTEGRA METERING AG, Ringstrasse 75, CH-4106 Therwil

erklärt, dass das Produkt
declares that the product
déclare que le produit
dichiara che i prodotti

Durchflussgeber
Flowmeter
Débitmètre
Misuratore di portata

AMFLO® SONIC DryX II
ASDXII

mit den Vorschriften folgender Richtlinien übereinstimmt :
conforms with the regulations of the following European Council Directives :
est conforme aux prescriptions et directives Européennes suivantes :
è conforme alle seguenti prescrizioni e direttive Europee :

CE Konformität/ CE compliance/ Conformité CE/ Conformità CE

Richtlinie Directive Directive Direttiva	CE	Beurteilungsverfahren Method of assessment Méthode d'évaluation Metodo di valutazione	Benannte Stelle Notified body Organisme notifié Organizzazione notificata
MID 2014/32/EU Messgeräterichtlinie Measurement Instruments Directive Directive sur les instruments de mesure Strumenti di misura direttiva		Module B: DE-21-MI004-PTB001 PTB, Berlin Normen/Standards: EN 1434:2015	Module D: DE-M-AQ-PTB143 PTB – Cert 0102 Bundesallee 100 D - 38116 Braunschweig Module F: N/A
EMC 2014/30/EU EMV Richtlinie EMC directive Directive CEM Direttiva CEM		Report: RCE-420-20-105192-1-A Normen/Standards: EN 1434-4 EN 61000-4-2 + EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 + EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 + EN 61000-4-8 EN 55016-2-1 + EN 55016-2-3	EMITECH Groupe 31300 TOULOUSE
PED 2014/68/EU Druckgeräterichtlinie Pressure equipment directive Directive des équipements sous pression Direttiva di attrezzature a pressione		Regelwerk/relues/règles : AD 2000 01/2013	Module A2: Swiss Safety Center AG CE 1253 Richtstrasse 15 CH-8304 Wallisellen

Weitere Konformitäten

Richtlinie Directive Directive Direttiva	Beurteilungsverfahren Method of assessment Méthode d'évaluation Metodo di valutazione	Benannte Stelle Notified body Organisme notifié Organizzazione notificata
Zulassung national Schweiz: Messmittelverordnung – MessMV Vom 15.02.2006	SR 941.231 CH-T2-21232-00 METAS, Bern-Wabern	METAS, Lindenweg 50 CH-3003 Bern-Wabern
Zulassung national Deutschland: Mess- und Eichverordnung - MessEV vom 11.12.2014	TR K7.2 DE-21-M-PTB-0023 PTB, Berlin	Module D: DE-M-AQ-PTB143 PTB – Cert 0102 Bundesallee 100 D - 38116 Braunschweig

Unterzeichnet für und im Namen von:
Signed on behalf of:
Signé pour et au nom de :
Firmato per e al nome di:

Blagnac, 05/07/2022

INTEGRA METERING AG



Delphine LE GALL
Leiter Qualitätsmanagement
Head of Quality Management
Responsable Qualité
Responsabile Qualità



Alain RAMOND
Technischer Direktor
Chief Technical Officer
Directeur technique
Direttore tecnico